

# Konformitätserklärung Declaration of Conformity



KEM Küppers Elektromechanik GmbH  
Liebigstraße 5  
D-85757 Karlsfeld

erklärt, in alleiniger Verantwortung, dass  
das Produkt

declare on their own responsibility that  
the product

TCM 0325...7900-Ex\*

TCM 0325...7900-Ex\*

TCE 8001-\*\_\*\_\*\_\*\_\*-Ex\*

TCE 8001-\*\_\*\_\*\_\*\_\*-Ex\*

Coriolis Massemesser  
Coriolis Auswertelektronik

Coriolis Mass Flow Meter  
Coriolis Electronic



II 2G Ex d [ia] IIC T4 Gb  
II 2G Ex ia IIC T4 Gb



II 2G Ex d [ia] IIC T4 Gb  
II 2G Ex ia IIC T4 Gb

\*) und etwaige Ausführungen  
EG-Baumusterprüfbescheinigung Nummer:  
BVS 11 ATEX E 033X  
DEKRA EXAM GmbH  
44809 Bochum 0158

\*) and possible versions  
EC-Type Examination Certificate No.:  
BVS 11 ATEX E 033X  
DEKRA EXAM GmbH  
44809 Bochum 0158

mit den Vorschriften folgender europäischen  
Richtlinien übereinstimmt:

Conforms with the prescriptions of the  
following European directives:

EMV-Richtlinie 2004/108/EG  
Ex-Richtlinie 94/9/EG

EMC-directive 2004/108/EG  
Ex-directive 94/9/EG

Die Übereinstimmung wird nachgewiesen durch  
die Einhaltung folgender Normen und normativer  
Dokumente:

Conforms with the prescriptions of the  
following European directives:

EN 60079-0 :2012  
EN 60079-1 :2007  
EN 60079-11:2012  
EN 61000-6-2 :05  
EN 61000-6-4 :07  
EN 61010-1 :10

EN 60079-0 :2012  
EN 60079-1 :2007  
EN 60079-11:2012  
EN 61000-6-2 :05  
EN 61000-6-4 :07  
EN 61010-1 :10

Benannte Stelle für QS-Überwachung:

Notified body for QA-control

TÜV Süd Produkt Service GmbH  
80339 München  
Kenn-Nummer 0123

TÜV Süd Produkt Service GmbH  
DE-80339 Munich  
Identification number 0123

Karlsfeld, 14.07.2015

Dr.-Ing.

Dirk Boguhn | Leiter der Entwicklung | TASI Flow Europe Director of Engineering

# Konformitätserklärung Declaration of Conformity

KEM Küppers Elektromechnik GmbH  
Liebigstraße 5  
D-85757 Karlsfeld

erklärt, in alleiniger Verantwortung, dass  
das Produkt

declare on their own responsibility that  
the product

TCM 028k...230k-Ex\*  
TCE 801\*-\*-\*-\*-Ex\*

Coriolis Massemesser  
Coriolis Auswertelektronik



II 2G Ex d [ia] IIB T4 Gb  
II 2G Ex ia IIB T4 Gb

\*) und etwaige Ausführungen  
EG-Baumusterprüfbescheinigung Nummer:  
BVS 11 ATEX E 033X  
DEKRA EXAM GmbH  
44809 Bochum 0158

TCM 028k...230k-Ex\*  
TCE 801\*-\*-\*-\*-Ex\*

Coriolis Mass Flow Meter  
Coriolis Electronic



II 2G Ex d [ia] IIB T4 Gb  
II 2G Ex ia IIB T4 Gb

\*) and possible versions  
EC-Type Examination Certificate No.:  
BVS 11 ATEX E 033X  
DEKRA EXAM GmbH  
44809 Bochum 0158

mit den Vorschriften folgender europäischen  
Richtlinien übereinstimmt:

Conforms with the prescriptions of the  
following European directives:

EMV-Richtlinie 2004/108/EG  
Ex-Richtlinie 94/9/EG

EMC-directive 2004/108/EG  
Ex-directive 94/9/EG

Die Übereinstimmung wird nachgewiesen durch  
die Einhaltung folgender Normen und normativer  
Dokumente:

Conforms with the prescriptions of the  
following European directives:

EN 60079-0 :2012  
EN 60079-1 :2007  
EN 60079-11:2012  
EN 61000-6-2 :05  
EN 61000-6-4 :07  
EN 61010-1 :10

EN 60079-0 :2012  
EN 60079-1 :2007  
EN 60079-11:2012  
EN 61000-6-2 :05  
EN 61000-6-4 :07  
EN 61010-1 :10


Benannte Stelle für QS-Überwachung:

Notified body for QA-control

TÜV Süd Produkt Service GmbH  
80339 München  
Kenn-Nummer 0123

TÜV Süd Produkt Service GmbH  
DE-80339 Munich  
Identification number 0123

Karlsfeld, 14.07.2015

  
Dr.-Ing.

Dirk Boguhn | Leiter der Entwicklung | TASI Flow Europe Director of Engineering